



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAURILANDIA

ANEXO VIII - Proposta de Preço

Pregao Presencial 21/2019

Dados do Fornecedor:

RAZÃO SOCIAL : _____
CPF- CNPJ : _____
ENDEREÇO: _____ Nº. _____
BAIRRO: _____ cep: _____
CIDADE: _____ ESTADO: _____
TELEFONE: () _____ e-mail: _____

Lote: 1 Pregao Presencial 21/2019

Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtd.	Preço Máximo	Preço Unit. Médio	Preço Total Méd.
12658	BISTURI ELETRICO: - BISTURI ELÉTRICO POTENCIA MÍNIMA DE 100W E MÁXIMA DE 165W, POSSUI FUNÇÃO BIPOLAR, COM ALARME, MICROPROCESSADO		UNIDADE	1,00	8244,51		
12659	CADEIRA DE RODAS PEDIATRICA: - CADEIRA DE RODAS PEDIÁTRICA AÇO CARBONO; ASSENTO/ENCOSTO EM NYLON ALMOFADADO; CADEIRA DOBRÁVEL; FREIOS BILATERAIS; APOIO DE BRAÇOS REMOVÍVEIS; APOIO PARA OS PÉS COM ELEVAÇÃO DE PANTURRILHA E REGULAGEM DE ALTURA; RODAS DIANTEIRAS ARO 06, RODAS TRASEIRAS ARO 20 EM ALUMÍNIO, PNEUS INFLÁVEIS; LARGURA DO ASSENTO: 36 CM; PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 40 CM; ALTURA ENCOSTO: 36 CM; ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 47 CM; COMPRIMENTO TOTAL DA CADEIRA: 69 CM; LARGURA TOTAL ABERTA: 61 CM; LARGURA TOTAL FECHADA: 35 CM; ALTURA DO CHÃO À MANOPLA: 94 CM; PESO DA CADEIRA: 12 KG; CAPACIDADE MÁXIMA DE PESO: 70 KG; ALTURA DO CHÃO AO APOIO DE BRAÇO: 64 CM; ALTURA DO ASSENTO AO APOIO DE BRAÇO: 16 CM		UNIDADE	4,00	1708,33		
12660	CARRO DE CURATIVO: - ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO CROMADO, TAMPO E PRATELEIRA EM CHAPA DE AÇO INOX, PÉS, VARANDAS E SUPORTE PARA BALDE E BACIA CROMADOS, PÉS COM RODÍZIO, FIXAÇÃO DO TAMPO, DA PRATELEIRA E ARMAÇÃO POR MEIO DE PARAFUSOS SOBRE ARRUELAS DE PRESSÃO, ACOMPANHA 01 BALDE EM ALUMÍNIO POLIDO OU EM AÇO INOXIDÁVEL. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 0,45M DE LARGURA X 0,80M DE ALTURA X 0,75M DE PROFUNDIDADE		UNIDADE	1,00	1906,67		



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAUÍLANDIA

12661	CENTRÍFUGA LABORATORIAL: - CENTRÍFUGA LABORATORIAL TECNOLOGIA DIGITAL TIPO PARA TUBOS, CENTRÍFUGA MICROPROCESSADA; TENSÃO - BIVOLT (COM CHAVE SELETORA). FREQUÊNCIA - 50/60 HZ. CAPACIDADE: 28 TUBOS DE 15 ML OU 32 TUBOS DE 15 ML. ROTAÇÃO: PROGRAMÁVEL DE 500 A 3.400 RPM OU SUPERIOR A 3400RPM. RUIDO MÁXIMO EM DB: < QUE 58 DB. (VALOR MEDIDO A UMA DISTÂNCIA DE UM METRO DO EQUIPAMENTO COM UM RUIDO DE FUNDO DE 45 DB COM UMA AMOSTRAGEM MEDIA AVALIADA EM 05 EQUIPAMENTOS.) BASE NA NR15. TEMPO DE CENTRIFUGAÇÃO: PROGRAMÁVEL MOTOR: INDUÇÃO TRIFÁSICA (SEM ESCOVAS, DISPENSANDO MANUTENÇÃO) ROTOR (CRUZETA): USINADO EM ALUMÍNIO. SISTEMA DE FREIO AUTOMÁTICO; SISTEMA DE AMORTECIMENTO; DISPLAY LCD.		UNIDADE	2,00	5967,60		
12662	CRIOCAUTÉRIO: - CRIOCAUTÉRIO DERMATOLÓGICO DE NITROGÊNIO LÍQUIDO. CAPACIDADE DE 350 ML. FABRICADO DE MATERIAL ESPECIAL ISOLANTE. AMPOLA E SISTEMA DE VÁLVULA TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL. ACOMPANHA 6 PONTEIRAS, 2 PONTEIRAS DE CONTATO E 1 ADAPTADOR DE AGULHA DESCARTÁVEL.		UNIDADE	3,00	5423,33		
12663	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO: - ESPECIFICAÇÃO: ESFIGMOMANÔMETRO, AJUSTE ANALÓGICO, ANEROÍDE, TIPO DE BRAÇO, FAIXA DE OPERAÇÃO ATÉ 300 MMHG, MATERIAL BRAÇADEIRA NYLON, TIPO FECHO FECHO EM METAL, TAMANHO ADULTO		UNIDADE	4,00	276,67		
12664	ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL: - ESPECIFICAÇÃO: ESFIGMOMANÔMETRO, AJUSTE ANALÓGICO, ANEROÍDE, TIPO DE BRAÇO, MATERIAL BRAÇADEIRA NYLON, TIPO FECHO FECHO EM METAL, TAMANHO INFANTIL / PEDIÁTRICO		UNIDADE	5,00	273,33		
12665	ESTADIOMETRO PORTÁTIL: - ESTADIÔMETRO PORTÁTIL; MATERIAL DE CONFECÇÃO MADEIRA; ESCALA MÍNIMA 0 A 99 CM		UNIDADE	1,00	305,00		
12666	ESTETOSCÓPIO INFANTIL: - ESTETOSCÓPIO INFANTIL, OLIVIA EM PLÁSTICO RESISTENTE COM ACABAMENTO SEM REBARBAS, CONJUNTO BIAURICULAR EM METAL CROMADO, RESISTENTE E FLEXIVEL, NA CURVATURA DO TUBO Y, AUSCULTADOR DUPLO, INFANTIL COM DIAFRAGMA RESISTENTE E DE ALTA SENSIBILIDADE PARA AUSCULTA CARDIOPULMONAR, QUE PERMITA O MÍNIMO DE ESCUTA DE SONS AMBIENTAIS E O MAXIMO DE SONS PROPRIOS DO PACIENTE, COM CERTIFICADO DO INMETRO.		UNIDADE	4,00	48,33		
12667	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL: - FOCO REFLETOR AMBULATORIAL. FOCO DE LUZ AUXILIAR PARA EXAMES CLÍNICOS E GINECOLÓGICOS; COM HASTE SUPERIOR FLEXÍVEL E CROMADA; PEDESTAL COM HASTE INFERIOR PINTADA; ALTURA VARIÁVEL ENTRE 100 A 164CM PINTURA EM EPÓXI A 250C° DE ALTA RESISTÊNCIA; BASE DO PEDESTAL COM 04 RODÍZIOS, PROPORCIONANDO MAIOR SUSTENTAÇÃO E SEGURANÇA AO EQUIPAMENTO; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA SELECIONÁVEL EM 110 , 50/60 HZ; LÂMPADA HALÓGENA DE 12V X 20 WATTS;		UNIDADE	1,00	568,33		



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAUROLÂNDIA**

12668	LANTERNA CLÍNICA: - LANTERNA CLINICA C/LUZ DE LED CONFECCIONADO EM METAL LEVE DE ALTA QUALIDADE, ILUMINAÇÃO BRILHANTE E BRANCA P/ MELHOR VISUALIZAÇÃO, ACIONAMENTO ATRAVÉS DO BOTÃO LIGA/DESLIGA, POSSUI CONVENIENTE CLIPE DE BOLSO, ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE 2 PILHAS AAA(INCLUSAS). PRODUTO GARANTIA: 1 ANO		UNIDADE	1,00	85,22		
12669	MESA DE MAYO: - MESA DE MAYO, MESA AUXILIAR PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS, COM ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO INOX, ALTURA MÍNIMA DE 0,9M, ALTURA REGULÁVEL BORBOLETA AÇO INOX, COMPONENTES BANDEJA AÇO INOX 58 X 48CM, RODÍZIOS NOS PÉS		UNIDADE	1,00	1110,17		
12670	MESA GINECOLÓGICA: - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MESA GINECOLÓGICA COM COLCHONETE ESTOFADO EM COURVIN COM PAR DE PORTA COXA, SUPORTE PARA MEMBROS INFERIORES "PESEIRA" (COM COLCHONETE ESTOFADO) E FIXADA SOBRE ARMÁRIO EM MDF REVESTIDO EM FÓRMICA COM TAMPO E ESTRUTURA DE MADEIRA MACIÇA COM 02 PORTAS E GAVETEIRO COM 03 GAVETAS. O ARMÁRIO DEVERÁ SER COMPATÍVEL PARA FIXAÇÃO DA MESA A ESTE, SENDO DE APROXIMADAMENTE 1,40M DE COMPRIMENTO X 0,60M DE LARGURA X 0,90M DE ALTURA.		UNIDADE	1,00	2448,33		
12671	OTOSCÓPIO: - OTOSCÓPIO, TIPO CLÍNICO, MODELO FIBRA ÓTICA, PORTÁTIL, ALIMENTAÇÃO BATERIA RECARREGÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LÂMPADA HALÓGENA, JOGO MÍNIMO DE 05 ESPÉCULOS REUTILIZÁVEIS		UNIDADE	1,00	816,67		

CARIMBO DO CNPJ

PRAZO DA PROPOSTA: _____

LOCAL E DATA: _____, ____/____/____

ASSINATURA